

嬉野医療センター 治験実施体制

別紙 治験関連機器等精度管理情報

2024年3月更新

検査室の認証

外部精度管理評価

公益社団法人 日本医師会 臨床検査精度管理調査
参加証 2024年2月19日（令和5年度）

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 臨床検査精度管理調査
参加証 令和4年8月25日（2022年度）

一般社団法人 佐賀県医師会 臨床検査精度管理調査
参加証 令和6年2月9日

機器	メーカー・型番	業者点検頻度	校正実施日
遠心分離機	KUBOTA テーブルトップ冷却遠心機 2800	年1回	2023/9/27
検体温度計	室温（1-30℃）：SATO SK-L200TH II α	年1回	2023/3/2
	冷蔵庫（2-8℃）：SATO SK-L200TH II α	年1回	2023/12/21
	冷凍庫（-20℃以下）：SATO SK-L200T II	年1回	2023/6/13
	冷凍庫（-80℃以下）：なし	-	
血沈計	常光 赤血球沈降速度測定装置 モニター20	年1回 ※必要時実施	2021/7/21
心電図	日本光電 心電計 ECG-2550 (No.240)	年1回	2023/12/26
	日本光電 心電計 ECG-2550 (No.241)	年1回	2023/12/26
心エコー	株式会社フィリップスジャパン EPIQ7 Ultrasound Circular Edition	年1回	2023/7/12
体重計	治験管理室：A&D Medical AD-6351	2年に1回	2023/11/8
	A外来：Yamato DP-7101PW-T	法令点検	
身長計	治験管理室：A&D Medical AD-6351	年1回 JIS 規格	2023/12/25
	A外来：Yamato DP-7101PW-T	メジャーで点検	
体温計	テルモ電子体温計 C232	1年毎に更新	2023/8/28 購入
血圧計	オムロン上腕式血圧計 HEM-7120	1年毎に更新	2023/4/4 購入
治験薬温度計	常温（15-25℃）：SATO SK-L200TH II α	年1回	2023/6/12
	冷蔵庫（2-8℃）：SATO SK-L200TH II α	年1回	2023/6/12
一般レントゲン	第1撮影室：島津 RADspeed Pro DR	年1回	2023/5/24
	第2撮影室：島津 RADspeed Pro DR	年1回	2023/5/24
	第3撮影室：島津 RADIOTEX CM IV	年1回	2023/5/24
MRI	株式会社フィリップスジャパン PHILIPS Ingenia 1.5T	年4回	2023/2/10, 5/19 8/25, 12/1
CT	キヤノンメディカルシステムズ株式会社 TSX-303B/2W Aquilion Prime SP 80 列 CT	年4回	2023/4/14, 7/21 10/20, 2024/1/13
	キヤノンメディカルシステムズ株式会社 TSX-301C/1A Aquilion ONE Vision 320 列 CT	年3回	2023/5/26, 9/15 2024/1/12