

嬉野医療センター 治験実施体制

別紙 治験関連機器等精度管理情報

2025 年 3 月更新

検査室の認証

外部精度管理評価

公益社団法人 日本医師会 臨床検査精度管理調査

参加証 2024 年 2 月 19 日（令和 5 年度）

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 臨床検査精度管理調査

参加証 令和 6 年 8 月 23 日（2024 年度）

一般社団法人 佐賀県医師会 臨床検査精度管理調査

参加証 令和 6 年 2 月 9 日

機器	メーカー・型番	業者点検頻度	校正実施日
遠心分離機	KUBOTA テーブルトップ冷却遠心機 2800	年 1 回	2024/9/24
検体温度計	室温（1-30℃）：SATO SK-L200TH II α	年 1 回	2024/5/1
	冷蔵庫（2-8℃）：SATO SK-L200TH II α	年 1 回	2023/12/21
	冷凍庫（-20℃以下）：SATO SK-L200T II	年 1 回	2024/6/12
	冷凍庫（-80℃以下）：なし	-	
血沈計	常光 赤血球沈降速度測定装置 モニター20	年 1 回 ※必要時実施	2021/7/21
心電図	日本光電 心電計 ECG-2550（No.240）	年 1 回	2023/12/26
	日本光電 心電計 ECG-2550（No.241）	年 1 回	2023/12/26
心エコー	株式会社フィリップスジャパン EPIQ7 Ultrasound Circular Edition	年 1 回	2024/8/21
体重計	治験管理室：A&D Medical AD-6351	2 年に 1 回	2023/11/8
	A 外来：Yamato DP-7101PW-T	法令点検	
身長計	治験管理室：A&D Medical AD-6351	年 1 回 JIS 規格	2023/12/25
	A 外来：Yamato DP-7101PW-T	メジャーで点検	
体温計	テルモ電子体温計 C232	1 年毎に更新	2024/3/26 購入
血圧計	オムロン上腕式血圧計 HEM-7107 (成人用マンシェット、小児用マンシェットあり)	1 年毎に更新	2024/3/27 購入
治験薬温度計	常温（15-25℃）：SATO SK-L200TH II α	年 1 回	2024/6/28
	冷蔵庫（2-8℃）：SATO SK-L200TH II α	年 1 回	2024/6/28
一般レントゲン	第 1 撮影室：島津 RADspeed Pro DR	年 1 回	2024/12/11
	第 2 撮影室：島津 RADspeed Pro DR	年 1 回	2024/9/19
	第 3 撮影室：島津 RADIOTEX CM IV	年 1 回	2024/6/18
MRI	株式会社フィリップスジャパン PHILIPS Ingenia 1.5T	年 4 回	2024/3/1、5/31、 8/30、11/29
CT	キヤノンメディカルシステムズ株式会社 TSX-303B/2W Aquilion Prime SP 80 列 CT	年 4 回	2025/1/17
	キヤノンメディカルシステムズ株式会社 TSX-301C/1A Aquilion ONE Vision 320 列 CT	年 3 回	2024/9/6